

ZADÁVACÍ PARAMETRY NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ZVEDACÍ VANY A ELEKTRICKÉHO MOBILNÍHO VAKOVÉHO ZVEDÁKU

Akce : „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 1NP, TÝDENNÍ STACIONÁŘ LHOTKA – ČESKÁ TŘEBOVÁ“

Místo : Česká Třebová, Lhotka 172

Investor : Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02

Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele

1) Elektrická zvedací vana

pro koupání osob (klientů stacionáře) za asistence ošetřujícího, rehabilitační funkce

- Vana do prostoru – přístup ze tří stran
- Vnitřní délka 1700-1900mm
- Vnější délka max.2300mm
- Šířka vany max.900mm
- Vnitřní šířka min.500mm
- Napojení ohebnými vysokotlakými hadicemi (teplá a studená voda)

Požadované min. vybavení vany:

- Ovládací panel
- Ruční sprcha s přípojnou hadicí vč. držáku
- Dezinfekční systém s přípojnou hadicí vč. držáku
- Kontrola teploty vody - teploměr, příp.termostat pro nastavení max.teploty
- Perličkový masážní systém s regulací intenzity proudu
- Úchytná madla
- Odtoková a přeřadová souprava
- Opěrka nohou

2) Elektrický vakový zvedák mobilní

pro pasivní zvedání osob (klientů stacionáře) za asistence ošetřujícího

- Nosnost – min.160kg
- Výška podvozku max.120mm
- Elektr. rozevíratelný podvozek
- Vnější šířka sevřeného podvozku max. 750mm
- Výkyvné rameno - min. tříbodové
- Vizuální kontrola stavu baterií
- Madla na popojíždění

Požadované min. příslušenství :

- Vak standardní
- Vak síťový (koupací)

- cena vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy