

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová



**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
„Vybavení a zdravotnické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nosnost sprchové židle 150 kg?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nosnost 150 kg. Zadavatel připouští toleranci nosnosti sprchové židle 5%.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci pro část B „Sprchovací lůžko“ uvádí požadavek na nosnost 180 kg. Zadavatel neuvádí žádnou toleranci.

Připustí zadavatel toleranci 5% od požadované nosnosti? Nebo připustí zadavatel výrobek s nosností 175 kg?

Odpověď č. 2:

Zadavatel připouští toleranci nosnosti sprchovacího lůžka 5%.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci pro část D „Sprchovací židle polohovatelná“ uvádí požadavek na polohování sedu.

Myslí „polohováním sedu“ zadavatel výškové nastavení pomocí elektromotoru a baterií?

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že základním parametrem je polohovatelnost a cena. Zadavatel nechává na úvaze dodavatele, zda nabídne manuální, hydraulický nebo elektrický způsob polohování.

Dotaz č. 4:

Jako zájemce o veřejnou zakázku plníme téměř všechny požadované parametry, vyjma výše zmíněného parametru na uzamykání či aktivaci ovladače lůžka prostřednictvím stisknutím dvou tlačítek bez použití mechanického či magnetického klíče. Tento parametr nemá v rámci medicínského a zejména bezpečnostního hlediska odborné a praktické odůvodnění a nemělo by být diskriminačním parametrem pro podání nabídek více potencionálním zájemců o tuto veřejnou zakázku, zejména z těchto důvodů:

Magnetický, čipový či mechanický klíč je univerzálním bezpečnostním nástrojem pro uzamykání, odemykání či blokování požadovaných funkcí zejména u mobilnějších klientů, kteří by při identifikování tlačítkové kombinace ovladače lůžka mohli svévolně ovladač a celé lůžko plynule ovládat, což by u nežádoucích funkcí mohlo vést k jejímu pádu, zranění či znehodnocení lůžka (časté polohování, zdvih atd.). Tato obava vzniká nejen u samotných uživatelů lůžka, ale dané riziko vzniká též u „prolomení,, kombinace tlačítek u klientova spolubydlícího na sdíleném pokoji či osob ostatních (návštěva, atd.), které by mělo pro klienta veliké riziko zranění, pádů z lůžka atd. Máme za to, že univerzální čipový klíč, který budou mít v plné kontrole pouze ošetřující pracovníci zařízení a dle jejich odborného a profesního zvážení ponechají každému konkrétnímu pacientovi otevřené či uzavřené funkce povede k mnohem větší bezpečnosti a přehledu o stavu lůžka než prvotně požadovaný parametr. Jsme si jisti, že tímto parametrem nabízíme dodavateli mnohem lepší bezpečnostní a technické řešení s maximálním důrazem na 100% bezpečnost klienta upoutaného na lůžko. Tímto vás žádáme o akceptování tohoto parametru již k výše zmíněným argumentům.

Odpověď č. 4:

Dlouhodobá zkušenost uživatele ukazuje, že zamykání/odemykání ovladače pomocí magnetických nebo mechanických klíčů je již přežité řešení, zejména z důvodu častých ztrát či poškození komponentů. Přesto, že zadavatel preferuje ovladač uzamykatelný bez pomoci magnetického či mechanického klíče, umožňuje ale zájemcům o veřejnou zakázku nacenit do cenové nabídky lůžko s typem ovladače uzamykatelného/odemykatelného pomocí magnetického nebo mechanického klíče.

V České Třebové 2. 9. 2025

Zdeněk Řehák v. r.
starosta města