

**Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová**



**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku  
„Vybavení a zdravotnické prostředky pro Sociální služby Česká Třebová“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Dobrý den, v technické specifikaci je mj. požadavek na:

- nosnost: min. 200 kg

Dotaz č. 1:

Může zadavatel upřesnit, zda požadovaný parametr „nosnost: min. 200 kg“ se týká max. nosnosti lůžka, tzv. „bezpečná pracovní zátěž“ (hmotnost klienta + příslušenství), nebo zadavatel požaduje lůžko, na které je možné uložit klienta o hmotnosti min. 200 kg?

- dvojitá retrakce (autoregrese) ložné plochy za účelem prevence dekubitů

Dotaz č. 2:

Může zájemce nabídnout lůžko s ložnou plochou, která umožňuje tzv. jednoduchou retrakci (autoregresi) zádového dílu?

**Odpověď č. 1:**

**Zadavatel požaduje, aby byl splněn parametr nosnosti ve vztahu ke hmotnosti klienta. Nosností se rozumí hmotnost klienta (200 kg), když zadavatel současně stanovuje toleranci hmotnosti v rozsahu 5%.**

**Odpověď č. 2:**

**zadavatel trvá na dvojitě autoregresi ložné plochy z důvodu prevence dekubitů u imobilních klientů služby.**

V České Třebové 3. 9. 2025

Zdeněk Řehák v. r.  
starosta města